

Nr referencyjny: AdG.26.02.2026

Załącznik nr 7f do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 6 – E STETOSKOPY-2 szt.

- Oferowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, niebędące wyrobem demonstracyjnym ani ekspozycyjnym, pochodzi z bieżącej produkcji producenta, jest dostępne w aktualnej ofercie handlowej oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
- Okres gwarancji jakości wynosi min. 24 miesiące.
- Serwis gwarancyjny realizowany na terenie Polski lub w sposób zapewniający realizację napraw bez ponoszenia kosztów transportu przez Zamawiającego.
- Wykonawca zapewnia dostępność serwisu pogwarancyjnego, części zamiennych oraz wsparcia technicznego po upływie okresu gwarancji.
- Czas reakcji serwisu – maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii (rozumiany jako podjęcie kontaktu oraz rozpoczęcie procedury naprawczej).

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru, funkcji
1	Opis ogólny	Stetoskop cyfrowy z możliwością przełączania pomiędzy trybem cyfrowym i analogowym, przeznaczony do użytku zarówno u dorosłych, jak i dzieci
2	Wzmocnienie dźwięku	Minimum. 40x
3	Redukcja szumów	ANC, aktywna technologia eliminacji hałasu,
4	Głowica	Dwustronna ze stali nierdzewnej, dwutonowa membrana (nacisk)
5	Łączność	USB i/lub Bluetooth do połączenia z aplikacją komputerową/mobilną
6	Rejestracja dźwięku	Urządzenie musi umożliwiać nagrywanie osłuchów oraz integrację z aplikacją komputerową i/lub mobilną (producenta lub równoważną), która pozwala na archiwizację, odtwarzanie i analizę zapisanych osłuchów.
7	Zasilanie	Wbudowany akumulator litowo-jonowy, czas pracy min. 8 godz., ładowanie przez USB
8	Konstrukcja	Waga netto ≤ 250 g, konstrukcja ergonomiczna, przewody odporne na zużycie, obrotowa głowica
9	Wkładki uszne	Miękkie, wymienne, dopasowujące się do kanału słuchowego
10	Wposażenie dodatkowe	Etui ochronne, inne
11	Standardy i normy:	Stetoskop oraz wszystkie jego składowe są wyrobami medycznymi zgodnie z Rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745 oraz ustawą o wyrobach medycznych w Polsce i oznakowane znakiem CE, potwierdzającym zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i jakości
12	Wymagania dodatkowe:	Do stetoskopu należy dołączyć instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną i kartę katalogową potwierdzające spełnienie wymagań specyfikacji w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.